

Warszawa, dn. 17.05.2021 r.

Nr referencyjny postępowania
ZP 8/2021

Znak sprawy: P.290.4.2021.P2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Dostawa urządzeń kontrolno-pomiarowych i badawczych”, Nr referencyjny postępowania: ZP 8/2021.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły kolejne pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. Zamawiający przytacza treść pytań oraz na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwaną dalej ustawą Pzp, udziela poniższych wyjaśnień.

Część 5 – Wzorce grubości, suwmiarki, przymiary i inne

Poz. 10 Endoskop z kamerą – 2 szt.

Pytanie 6

Czy Zamawiający dopuszcza średnicę sondy 5,5 mm

Odpowiedź na pytanie 6:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej SWZ, w Załączniku nr Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w Części 5 – Wzorce grubości, suwmiarki, przymiary i inne, w poz. 10 Endoskop z kamerą – 2 szt. w następujący sposób:

dotychczasowy zapis:

Endoskop wyposażony w sondę o średnicy 9 mm

otrzymuje następującą treść:

Endoskop wyposażony w sondę o średnicy od 5,5 mm do 9 mm

Poz. 10 Endoskop z kamerą – 2 szt.

Pytanie 7

Czy Zamawiający dopuszcza klasę ochrony przyrządu na poziomie IP65

Odpowiedź na pytanie 7:

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ, w Załączniku nr Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w Części 5 – Wzorce grubości, suwmiarki, przymiary i inne, w poz. 10 Endoskop z kamerą – 2 szt. w następujący sposób:

dotychczasowy zapis:

klasa ochrony min IP67

otrzymuje następującą treść:

klasa ochrony min IP65

Poz. 17 Wzorzec twardości - 3 szt.

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuszcza Świadectwo Wzorcowania wydane przez Laboratorium Akredytowane PCA lub równoważną akredytację?

Odpowiedź na pytanie 8:

Dla wzorca twardości w poz. 17 Części 5 OPZ Zamawiający nie opisał wymagania posiadania oddzielnego świadectwa wzorcowania i nie dopuszcza takiego świadectwa, Zamawiający wymaga, żeby Producent wzorca posiadał akredytację na zgodność z ISO 17034 lub normą równoważną, co jest jednoznaczne z tym, że wzorzec będzie spełniał wymagania Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści SWZ, w Załączniku nr Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia w Części 5 – Wzorce grubości, suwmiarki, przymiary i inne, w poz. 15 Termohigrometr – szt. 1 w następujący sposób:

dotychczasowe zapisy:

Nazwa i Typ	
Producent	
Wymagane parametry minimalne	Parametry oferowanego urządzenia (należy podać dokładną wartość albo wpisać spełnia / nie spełnia)
Zakres pomiarowy do 30m/s	
Dokładność pomiaru 3%	
Wirnik skrzydełkowy	
Wskazania wartości maksymalnej i średniej	
Próbkowanie 1/s	
Certyfikat zgodności CE	
Funkcja automatycznego włączania	
Gwarancja min.12 miesięcy od daty dostawy	
Świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego centrum Akredytacji lub innej organizacji akredytującej, zrzeszonej w European Accreditation dla laboratoriów pomiarowych (wzorcujących).	

otrzymują następującą treść:

Nazwa i Typ	
Producent	
Wymagane parametry minimalne	Parametry oferowanego urządzenia (należy podać dokładną wartość albo wpisać spełnia / nie spełnia)
Jednostki pomiarowe °C - °F - %RH - g/m3 – hPa	
Kolorowy wyświetlacz LCD	
Pomiar wilgotności względnej	
Zakres pomiarowy 0...100% RH	
Rozdzielczość 0.1% RH	
Dokładność ±0.1% RH	
Oddzielny czujnik do pomiaru temperatury i wilgotności	
Pomiar temperatury	
Zakres pomiarowy czujnika co najmniej od -40...+70°C	
Rozdzielczość 0.1°C	
Dokładność miernika ±0.05°C	
Przyłącze USB	
Dostępność w polskiej wersji językowej	
Certyfikat zgodności CE	
Gwarancja min.12 miesięcy od daty dostawy	
Świadectwo wzorcowania wystawione przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego centrum Akredytacji lub innej organizacji akredytującej, zrzeszonej w European Accreditation dla laboratoriów pomiarowych (wzorcujących).	

oraz na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin składania ofert.

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w następujący sposób:

ROZDZIAŁ 12 Termin związania ofertą

dotychczasowy zapis:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dn. 18.06.2021r.

otrzymuje następującą treść:

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert tj. do dn. 22.06.2021r.

oraz

ROZDZIAŁ 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert

dotychczasowe zapisy:

2. Termin składania i otwarcia ofert:

- 1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia: 20.05.2021 r., do godz. 9:00;**
- 2) otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 20.05.2021 r. o godzinie: 11:00;**

otrzymują następującą treść:

2. Termin składania i otwarcia ofert:

- 1) ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć **w terminie do dnia: 24.05.2021 r., do godz. 9:00;**
- 2) otwarcie ofert nastąpi **w dniu: 24.05.2021 r. o godzinie: 11:00;**

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia wyjaśnienia oraz dokonaną zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ.

Załącznik:

Załącznik nr 1.1 – 1.10 do SWZ po dokonanych w dniu 17.05.2021 r. zmianach w Części 5 – Wzorce grubości, suwmiarki, przymiary i inne.